



Szpital Rejonowy[®]
im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu



Nasz znak: NE / *36* 10/ 2016

Racibórz, dnia: 24 października 2016 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: konkursu na udzielanie „Świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej na rzecz Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w zakresie: diagnostyki obrazowej: RTG, USG, TK, wraz z przejęciem pracowników Udzielającego Zamówienie, z zakupem aparatury i sprzętu medycznego oraz z udostępnieniem Przyjmującemu Zamówienie pomieszczeń na podstawie umowy najmu na czas trwania umowy na świadczenia medyczne” (nr sprawy KO-1/2016).

W związku z pytaniami informujemy, co następuje:

1. „Czy jeśli Przyjmujący zamówienie wymieni aparat RTG typu telekomando ze skopią, czy wówczas wystarczy, że dokona instalacji jednego aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym?”
2. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu rtg mocowanego do podłogi z opcją auto stitching czyli badań kończyn długich?
3. Mając na uwadze zapisy w SWKO - załącznik nr 2 lista wykonywanych badań i zapis "1. Wykonawca zainstaluje nowe aparaty RTG (sufitowe, teleskopowe) w co najmniej dwóch pracowniach RTG, pod warunkiem, że będzie w stanie realizować świadczenia na rzecz Udzielającego Zamówienie zgodnie wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 (formularz cenowy). Prosimy o wyjaśnienie jakich aparatów rtg oczekuje zamawiający? Z listy badań wynika, iż zamawiający wymaga także wykonywanie badań typu fluoroskopia do, których wymagany jest aparat z torem wizyjnym.

*Aparat typu telekomando mocowany do podłogi -co wyklucza możliwość zaoferowania zgodnie z wymogiem dwóch aparatów z zawieszeniem sufitowym?
Prośba o doprecyzowanie jakich aparatów wymaga zamawiający.”*

Odpowiedzi dot. pkt 1, pkt2, pkt 3

Ze względu na dużą ilość wykonywanych badań z oddziałów, poradni przyszpitalnych jak i izby przyjęć wskazane wstawienie dwóch aparatów cyfrowych (DR) z zawieszeniem sufitowym (każdy z nich musi posiadać 2 stanowiska: stół + statyw) tak jak jest w chwili obecnej – dostęp do pacjenta jest wówczas z czterech stron, co w znacznym stopniu ułatwia pracę jak i polepsza komfort samego badania oraz bezpieczeństwo jego wykonania.

Opcja auto-stitching pożądana.

Lub wstawienie jednego aparatu cyfrowego z zawieszeniem sufitowym (2 stanowiska: stół + statyw) i jednego aparatu cyfrowego z opcją auto-stitching mocowanego do podłogi pod warunkiem, że aparat będzie posiadał łamane ramię i przezierny stół (2 stanowiska: stół + statyw; wykonywanie badań powypadkowych bez ruszania pacjenta na stole) .

NIP 639-17-03-765

REGON: 276225587

KRS: 0000045513 Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy

47-400 Racibórz, ul. Gamowska 3

Centrala tel. 32 755 50 00

www.szpital-raciborz.org

32 755 50 50

fax 32 755 50 49

Na chwilę obecną trzeci aparat rentgenowski do badań fluoroskopowych z torem wizyjnym jest w nienajgorszym stanie – w grę wchodzi wymiana lampy RTG, ewentualnie wymiana jednego z monitorów toru wizyjnego i przegląd serwisowy.

4. „Czy Udzielający zamówienia będzie przekazywał do Przyjmującego zamówienie skierowania tylko i wyłącznie w formie papierowej przed wykonaniem badania ?”
Odp. Skierowania przekazywane będą w formie papierowej i elektronicznej.
5. „Czy Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość, aby tylko jedno ucyfrowienie RTG (jeden czytnik) posiadało opcję skanowania kości długich w oprogramowaniu konsoli czytnika (drugi czytnik nie będzie posiadał takiej możliwości) ?”
Odp. Preferowane dwa aparaty cyfrowe (DR) z zawieszeniem sufitowym lub jeden z zawieszeniem sufitowym, drugi na kolumnie, z których jeden powinien posiadać opcję auto-stitching.
6. „Czy urządzenie Agfa Drystar 5503 jest urządzeniem sprawnym technicznie i użytkowanym ? Przez jaki okres producent zapewnia jeszcze wsparcie techniczne i materiały eksploatacyjne dla danego urządzenia ?”
Odp. AGFA Drystar 5503 jest urządzeniem sprawnym technicznie i użytkowanym. Urządzenie na chwilę obecną jest sprawne, producent zapewnia wsparcie techniczne oraz materiały eksploatacyjne do tego urządzenia.
7. „Zwracamy się z prośbą o odstąpienia wymogu wydruku badania RTG i TK na kliszy ? Postęp technologiczny w diagnostyce obrazowej idzie w kierunku przechowywania i zapisu obrazów na nośnikach elektronicznych dlatego odchodzi się od wydruku na kliszach.”
Odp. Część procedur wykonywanych w naszym Szpitalu wymaga wydania badania na kliszach. Ciągłość zachowania świadczeń w niektórych Oddziałach Szpitalnych i Poradniach Przychodni wymaga wydania badań na kliszach.
8. „Czy Zamawiający dysponuje sprawnym do użytkowania aparatem RTG przyłóżkowym?”
Odp. Na dzień dzisiejszy aparat przyłóżkowy jest sprawny i zdatny do użytkowania.
9. „Jaka ilość aparatów RTG ma funkcjonować w pracowni Zamawiającego ?”
10. „Jakie aparaty RTG mają pracować w pracowniach Zamawiającego?”
Odp. Odpowiedzi na Państwa zapytania zawarte w punktach 9 i 10, ujęte są w odpowiedziach wcześniejszych oraz w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

DYREKTOR

Ryszard Rudnik