



# SZPITAL REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka  
47- 400 Racibórz ul. Gamowska 3

NIP : 639 - 17 - 03 - 765

REGON : 276225587

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513  
Sad Rejonowy w Gliwicach  
Wydział X Gospodarczy

www.szpital-.raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy  
32

Szpital  
755-37-37

fax  
755-50-49

Dyrektor  
Naczelny  
755-37-37

Dyrektor  
ds. Medycznych  
755-37-37

Księgowość  
755-50-57

Dział  
Metodyczno-Organizacyjny  
755-50-95

Dział Kadr  
755-50-55

Dział Gospodarczy  
755-50-72

Dział Techniczny  
755-50-90

Dział Zamówień Publicznych  
755-50-80  
Fax. 755-50-79

Nasz znak: NZP- /12/2021

Racibórz, dn.: 01.12.2021 r.

## Wykonawcy

dot. postępowania w trybie podstawowym na dostawę odczynników  
do laboratorium mikrobiologicznego, wg formularza cenowego nr 20/2021 -  
**pytanie nr 6**

### W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„ Szanowni Państwo,  
Zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania  
dotyczące postępowania numer 20/2021:

Pytanie 1 pakiet 5 - Czy Zamawiający wymaga testu kasetkowego do jednoczesnego  
wykrywania i różnicowania 5 klas karbapenemaz (KPC, OXA, VIM, IMP, NDM) na jednej  
płytkie testowej, podczas pojedynczego napełnienia kasetki?

Pytanie 2 pakiet 12 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu  
charakteryzującego się czułością dla rotawirusa >96,3% i adenowirusa >98,8% oraz  
swoistością dla rotawirusa >99,9% oraz adenowirusa >99,9% vs ELISA?

Pytanie 3 pakiet 16 – Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość  
zaoferowania testu z możliwością wykonania oznaczenia z próbek nosowo-gardłowych bez  
możliwości wykonania oznaczenia z aspiratu lub popłuczyn.

Pytanie 4 pakiet 23 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu certyfikatu CE/IVD dla  
oferowanych produktów?

Pytanie 5 pakiet 30 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania  
produktu zawierającego 80 fiolek w opakowaniu.”

### informuję:

Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź na pkt 4 zapytania:

**TAK**, zamawiający odstępuje od wymogu certyfikatu CE/IVD dla oferowanych  
produktów.

DYREKTOR

*Ayszard Pucznik*

*h* *Zarząd* *Ar*