



SZPITAL REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka
47- 400 Racibórz ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765

REGON : 276225587

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sąd Rejonowy w Gliwicach
Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy 32

Szpital
755-37-37

fax
755-50-49

Dyrektor
Naczelny
755-37-37

Dyrektor
ds. Medycznych
755-37-37

Księgowość
755-50-57

Dział
Metodyczno-Organizacyjny
755-50-95

Dział Kadr
755-50-55

Dział Gospodarczy
755-50-72

Dział Techniczny
755-50-90

**Dział Zamówień
Publicznych**
755-50-80

Fax. 755-50-79

Nasz znak: NZP- /03/2022

Racibórz, dn.: 085.03.2022 r.

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych,
wg formularza cenowego nr 6/2022 - **pytanie nr 15**

Na podstawie art.135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść założonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy wyjaśniam:

„DOTYCZY: PRZETARG NIEOGRANICZONY
ZNAK: 6/2022

Na podstawie art. 38, ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Firma NUTRICIA Polska Sp. z o.o. zwraca się z następującymi zapytaniami:

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 20 pozycji 48 wymaga zestawu PEG zawierającego zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, która umożliwia jego trwałe umocowanie i kieruje położenia zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (90 stopni), co zmniejsza ryzyko jego przypadkowego wyrwania?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODP: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający w pakiecie 21 pozycji 49 oczekuje zgłębnika wykonanego z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu(6 tygodni), z prowadnicą. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODP: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

3. Czy Zamawiający w pakiecie nr 25 pozycji 22 wymaga zestawu G-TUBE zawierającego zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, która umożliwia jego trwałe umocowanie i kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (90 stopni), co zmniejsza ryzyko jego przypadkowego wyrwania. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODP: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Podisał:
Dyrektor
Ryszard Rudnik