



# SZPITAL REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka  
47- 400 Racibórz ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765

REGON : 276225587

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach  
Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

## Nasze telefony

### nr kierunkowy 32

Szpital  
755-37-37

fax  
755-50-49

Dyrektor  
Naczelny  
755-37-37

Dyrektor  
ds. Medycznych  
755-37-37

Księgowość  
755-50-57

Dział Metodyczno-  
Organizacyjny  
755-50-95

Dział Kadr  
755-50-55

Dział Gospodarczy  
755-50-72

Dział Techniczny  
755-50-90

**Dział Zamówień  
Publicznych**  
755-50-80  
Fax. 755-50-79

Nasz znak: NZP- /03/2022

Racibórz, dn.: 09.03.2022 r.

## Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych,  
wg formularza cenowego nr 6/2022 - **pytanie nr 22**

Na podstawie art.135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść załączonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy wyjaśniam:

**„Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę wyrobów medycznych.  
Sprawa nr 6/2022**

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. prosimy o wyjaśnienie dotyczące treści SWZ :

### **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

#### **PAKIET NR 6**

1. **Poz. nr 1-4, 6, 8, 9** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów posiadających min. 2 etykiety identyfikacyjne do wklejenia do dokumentacji medycznej?

**ODP: TAK, zamawiający dopuszcza.**

2. **Poz. nr 1, 2, 3, 6, 8, 9** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożeń wykonanych z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu spełniającego wymagania SWZ, ale posiadającego w strefie wzmocnień odporność na rozerwanie na sucho min. 339kPa i na mokro min. 353kPa?

**ODP: TAK, zamawiający dopuszcza.**

3. **Poz. nr 1** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów brzuszno-kroczykowych posiadającego w swoim składzie dodatkowo: 4 szt. ręczników celulozowych, 1 taśmę przyklepną i 1 serwetę przyklepną 90x75cm?

**ODP: TAK, zamawiający dopuszcza.**

4. **Poz. nr 2** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu w którym serweta do zabiegów laparoskopii ma rozmiar 280x250/260cm (zamiast 300x250cm) oraz dodatkowo w zestawie znajduje się 1 taśma przylepna i 1 uchwyt Velcro?

**ODP: TAK, zamawiający dopuszcza.**

5. **Poz. nr 3** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zawierającego w swoim składzie 2 sztuki ręczników celulozowych zamiast 4 sztuk?

**ODP: TAK, zamawiający dopuszcza.**

6. **Poz. nr 4** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którym serweta ginekologiczna ma rozmiar 280 x 250/280cm (zamiast 290 x 250cm)?

**ODP: TAK, zamawiający dopuszcza.**

7. **Poz. nr 4** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którym serwety wykonane są z laminatu dwuwarstwowego bez dodatkowych padów chłonnych, o odporności na penetrację płynów min. 158cmH<sub>2</sub>O, odporności na rozerwanie na sucho/mokro min. 145/134 kPa oraz chłonności 156 ml/m<sup>2</sup>?

**ODP: TAK, zamawiający dopuszcza.**

8. **Poz. nr 7** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona min.190 x 150 cm ( opakowanie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, składana teleskopowo

- 2 x serweta przylepna 90 x 75 cm z dodatkowym elementem chłonnym o min. wym. 37,5x90cm

- 1 x serweta przylepna 200 x 170 cm z dodatkowym elementem chłonnym

- 1 x serweta przylepna 240 x 150 cm z dodatkowym elementem chłonnym o min. wym. 50x75cm

- 1 x podstawka na skalpele 3 miejsca

- 1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x 38 cm

- 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm

- 1 x pojemnik plastikowy 250 ml niebieski

- 4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm

**ODP: TAK, zamawiający dopuszcza.**

9. **Poz. nr 8** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zawierającego:

- serwetę operacyjną typu U o wym. 245 x 280cm (wycięcie 10x95cm) z padem wiskozowym o wym. 75x130cm, posiadającą w obszarze wzmocnienia gramaturę 130 g/m<sup>2</sup>, odporność na penetrację płynów min. 139cmH<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 222/223 kPa oraz chłonność 715 ml/m<sup>2</sup>?

**ODP: TAK, zamawiający dopuszcza.**

10. **Poz. nr 9** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którym serweta nieprzylepna ma rozmiar 150x200cm (zamiast 100x175cm)?

**ODP: TAK, zamawiający dopuszcza.**

11. **Poz. nr 10** – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu zawierającego, zamiast kompresu z włókniny, pooperacyjny opatrunek włókninowy 3-warstwowy, o zaokrąglonych rogach w rozmiarze 20x8cm? Pozostałe parametry bez zmian.

**ODP: TAK, zamawiający dopuszcza.**

12. **Poz. nr 11** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kable w rozmiarze 13 x 250cm?

**ODP: TAK, zamawiający dopuszcza.**

13. **Poz. nr 19** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu nie posiadającego w swoim składzie rękawiczek chirurgicznych?

**ODP: TAK, zamawiający dopuszcza.**

#### **PROJEKTY UMOWY**

1. **§ 8, ust. 1** - wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy, za odstąpienie od umowy z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego.

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Mając powyższe na uwadze, zwraca się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych oraz modyfikację zasad ich naliczania, jak na wstępie.

**ODP: NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Podpisał:  
Dyrektor  
Ryszard Rudnik